

Tomaszów Maz, 04.01.2019 r.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8  
w Tomaszowie Maz.  
Dot. ZSP8.361.4.2018**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP WYPOSAŻENIA PRACOWNI CHEMICZNEJ (pracowni techniki laboratoryjnej i prac preparatywnych oraz pracowni instrumentalnej i pomiarów technicznych) ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.**

**Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ**

**Zamawiający, ZSP nr 8 w Tomaszowie Maz, informuje iż w w/w postępowaniu zostały złożone pytania. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje zapytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami w sposób opisany poniżej:**

**Pytanie 1**

**Część 6.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nefelometr z zakresem pomiarowym O - 1000 NTU/FNU?

**Tak, Zamawiający dopuści do postępowania nefelometr z zakresem pomiarowym O - 1000 NTU/FNU**

**Pytanie 2**

**Część 10.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania konduktometr z wyposażeniem z zakresem pomiarowym TDS O - 50 5/L?

**Nie, Zamawiający nie dopuści do postępowania konduktometr z wyposażeniem z zakresem pomiarowym TDS O - 50 5/L**